

原子吸光分析計

Atomic Absorption Spectrophotometer



溶液中の金属元素を高感度に分析できる。

1. 機器名称 原子吸光分析計
2. 機器分類
3. 担当部署 工学部 環境システム工学科
4. 装置担当者 落合 正宏
5. 導入年度 1997 年
6. 型式 Shimadzu AA-6800
7. 仕様・性能 グラフアイトファーネス
8. 機器の開放状況（該当する区分を選択して下さい。）
 - ・有料で開放している。（920 円／1 時間）
 - ・**共同研究利用の場合は無料**
9. 利用上の注意点
10. 主な使用事例
天然水中の Fe、Mn、Al などの測定。その他の金属元素の測定。
ホロカソードランプ：Zn、Pb、Cu、Cd